

实验室安全检查通报

北京建筑大学 国有资产与实验室管理处

〔2021〕第9期，总第15期

检查时间：2021年4月30日-2021年5月5日

检查范围：土木学院、环能学院

检查工作人员：刘蔚、焦驰宇、王梦、赵子彦

各相关学院、单位：

国资处开展实验室安全隐患专项排查、检查工作，重点检查实验室中涉及危化品、特种设备、不间断运转设备的安全、规范情况。

检查发现，仍有实验室内设备缺少操作规程、化学品柜缺少目录、危险废物存放不当，环境杂乱、实验室值班巡检等情况。请相关单位对照隐患清单，立行立改，并依据本单位实验室的安全分类分级制定自查表（自查表示例见附件1），按照《北京建筑大学实验室安全分类分级管理办法》进一步积极落实实验室安全自查。

现将检查记录列于表1，请各实验室务必高度重视，切实落实整改措施，反馈表2《北京建筑大学实验室安全隐患整改报告单》，反馈后，国资处将复查整改情况并在后续通报中公布。

表 1:

2021 年 5 月实验室安全检查记录

校区	学院/ 单位	楼号	房间 号	隐患编号	待整改项	整改类型
大兴	土木 学院	学 E	B111	2021043001	干燥箱无操作规程、高温 警示标识	立即整改
				2021043002	低温箱无操作规程、低温 警示标识	立即整改
				2021043003	液氮杜瓦罐需配置低温 警示标识、防冻应急预案、 应急用具	立即整改
		学 E	东 1- 东 5	2021043004	缺少高温警示标识、高温 设备操作规程	立即整改
				2021043005	不间断运转设备缺少巡 检记录	立即整改
				2021043006	设备遮挡消火栓，消火栓 内水带缺失	立即整改
		学 F 东侧 楼	101	2021043007	干燥箱无操作规程、高温 警示标识	立即整改
		学 F 东侧 楼	104	2021043008	冻融设备、碳化设备等需 要 24 小时连续工作设备 需增加巡检频次，并进行 线路体检	限期整改 (5.30)
		学 F 东侧 楼	101	2021043009	连续运转设备、养护室等 不间断电源房间应留有 巡检记录	立即整改
		学 F 东侧 楼	403	2021043010	冰箱内药品未贴标签	立即整改
		学 F 东侧 楼	403	2021043011	废液暂存区缺安全警示 界线、区域警示标识	立即整改
		学 F 东侧	403	2021043012	实验室未上锁无人值守	立即整改

		楼				
		学 F 东侧 楼	403	2021043013	实验垃圾未放置专用垃圾桶	立即整改
		学 F 东侧 楼	403	2021043014	无灭火器	立即整改
		学 F 东侧 楼	404	2021043015	干燥箱无高温警示标识	立即整改
		学 F 东侧 楼	404	2021043016	废液暂存区缺安全警示 界线、区域警示标识	立即整改
	环能 学院	学 B	420	2021043017	学生采用“管式炉”等 高温设备，值守过程中未 做好交接	立即整改
			488 490	2021043018	气质联用仪需 24 小时常 开，未看到检查记录	立即整改
			411 413	2021043019	学生未穿工作服开展实 验	立即整改

如对通报中的记录有任何疑问，可与国资处实验室管理科联系。

办公地点：综合楼 448

办公电话：010-61209460

国有资产与实验室管理处

2021 年 5 月 6 日

表 2:

XXXX 学院
实验室安全隐患整改报告单

针对 xx 年 xx 期安全检查通报，我单位组织各部门、相关负责人制定 XXX 整改方案，整改措施及整改方案如下：

通报问题：	
1、通报房间号	
2、通报隐患编号	
3、整改措施	
3、整改前情况（附图）	整改后情况（附图）
（此表可增行）	

实验室负责人（签字）

XXXX 学院（盖章）

年 月 日

附件 1:

实验室安全自查记录（示例）

学院:		实验室名称:	
楼宇:		房间号:	
安全分类分级:	机电类	房间安全负责人	
隐患数量:		检查日期:	

1. 制度建设:

☐安全制度健全，有成文上墙

☐安全责任人落实到位

☐有突发事件应急预案

2. 实验场所:

☐信息牌信息准确

☐实验室水、电、气管线布局合理，安装施工规范

☐门上观察窗未遮挡

☐实验区研修区明确分开

☐环境卫生整洁有序

☐实验期间有值日情况记录

3. 安全设施:

☐灭火设备正常有效、方便取用

☐紧急逃生疏散路线畅通，显著位置张贴疏散路线图

4. 用水用电:

☐电源插座固定

☐接线板禁止串联，接线板不宜直接置于地面

☐大功率仪器（如空调）使用专用插座（不可使用接线板）

☐电线接头绝缘可靠，无裸露连接线，穿越通道的线缆有盖板或保护套

☐给排水系统运行正常

5. （根据房间特点自行补充）机械安全:

☐机械设备保持清洁整齐，有效接地

☐操作机械设备时实验人员做好个人防护

6. （根据房间特点自行补充）仪器设备的常规管理:

☐设备上有资产标签，有明确管理人员

☐仪器设备接地与用电符合相关要求

☐有相应的操作规程

检查情况记录: