

实验室安全检查通报

北京建筑大学 国有资产与实验室管理处

〔2021〕第8期，总第14期

检查时间：2021年4月27日-2021年4月29日

检查范围：经管学院、环能学院、人文学院

检查工作人员：刘蔚、焦驰宇、王梦、赵子彦

各相关学院、单位：

国资处开展实验室安全隐患专项排查、检查工作，重点检查实验室中涉及危化品、特种设备、不间断运转设备的安全、规范情况。

检查发现，仍有实验室内设备缺少操作规程、化学品柜缺少目录、危险废物存放不当，环境杂乱等情况。请相关单位对照隐患清单，立行立改，并依据本单位实验室的安全分类分级制定自查表（自查表示例见附件1），按照《北京建筑大学实验室安全分类分级管理办法》进一步积极落实实验室安全自查。

现将检查记录列于表1，请各实验室务必高度重视，切实落实整改措施，反馈表2《北京建筑大学实验室安全隐患整改报告单》，反馈后，国资处将复查整改情况并在后续通报中公布。

表 1:

2021 年 4 月实验室安全检查记录

校 区	学院/ 单位	楼号	房间号	待整改项
大 兴	环能 学院	学 B	488 490	1. 24H 运转设备无烟感、无巡查记录
		学 B	479	1. 实验用水未贴标签
		学 B	480	1. 危险废液未集中存放
		学 B	475	1. 药品柜清单与柜内药品不符
		学 B	420	1. 存放杂物 2. 使用明火电炉（已建议更换替代品）
		学 B	424	1. 实验用水未贴标签 2. 插线板不合规 3. 水池下储物柜存放大量废纸壳垃圾
		学 B	412 414	1. 危险废物存放不当 2. 实验柜中存放报废纸箱
		学 B	306	1. 网线布局混乱 2. 闪点燃烧装置与纸箱过近
		学 B	314	1. 存放较多报废物资
		学 B	381	1. 办公区与实验区混合
		学 B	366	1. 药品柜未张贴目录
		学 B	380	1. 气瓶未固定 2. 化学品未入柜
		学 B	385	1. 废弃试剂空瓶未申报报废处置 2. 废液存放不规范 3. 试剂标签不规范 4. 试剂标签与实际药品不符 5. 管制类药品柜未上锁（停封）
		学 B	411	1. 待报废物资积压 2. 废液存放不规范 3. 缺少实验垃圾桶 4. 危化品混存
		学 B	407	1. 废液桶无标签 2. 实验室内饮食 3. 办公区与实验区混合
		学 B	309	1. 灭火器过期 2. 化学品柜缺少目录 3. 有待报废电池 4. 液氮罐需配置独立应急措施
		学 B	310	1. 有待报废液化石油气罐 2. 2 个小气瓶未固定
		学 B	106	1. 需安装氟利昂报警器

		雨水楼	108	1. 冰箱内存放无标签样品 2. 实验用水未张贴标签
			105	1. 缺少烟感报警器、巡查记录
			106	1. 存放生活用品 2. 实验室堆放杂物
			208	1. 待报废空瓶、废液无标签，存放不规范
			209	1. 柜子内存放物品杂乱 2. 缺少应急医药箱
			101	1. 存在飞线、电饭锅、蒸蛋器等 2. 卫生环境较差
			地下室	1. 地下室通道堆放杂物
	经管学院	学 A	311	1. 接线板老化、需更换
			234	1. 接线板老化 2. 存在线路老化隐患风险
			402	1. 实验室内存在待报废物资
			404	1. 实验室内存放大量非实验物资。
	人文学院	基础楼 A	435	1. 非标接线板需更换，静电地板下方线路整体需要检查
		基础楼 A	423	1. 非标接线板需更换，静电地板下方线路整体需要检查
		基础楼 A	435	1. 标接线板需要更换 2. 东北角顶棚修补后仍有鼓气、翘皮
		基础楼 A	408	1. 非标接线板需更换 2. 存在纸壳等易燃物

如对通报中的记录有任何疑问，可与国资处实验室管理科联系。

办公地点：综合楼 448

办公电话：010-61209460

国有资产与实验室管理处

2021 年 4 月 29 日

表 2:

XXXX 学院
实验室安全隐患整改报告单

针对 xx 年 xx 期安全检查通报，我单位组织各部门、相关负责人
制定 XXX 整改方案，整改措施及整改方案如下：

通报问题：	
1、通报房间号	
2、整改措施	
3、整改前情况（可附图）	整改后情况（可附图）
（此表可增行）	

实验室负责人（签字）

XXXX 学院（盖章）

年 月 日

附件 1:

实验室安全自查记录（示例）

学院:		实验室名称:	
楼宇:		房间号:	
安全分类分级:	机电类	房间安全负责人	
隐患数量:		检查日期:	

1. 制度建设:

☐安全制度健全，有成文上墙

☐安全责任人落实到位

☐有突发事件应急预案

2. 实验场所:

☐信息牌信息准确

☐实验室水、电、气管线布局合理，安装施工规范

☐门上观察窗未遮挡

☐实验区研修区明确分开

☐环境卫生整洁有序

☐实验期间有值日情况记录

3. 安全设施:

☐灭火设备正常有效、方便取用

☐紧急逃生疏散路线畅通，显著位置张贴疏散路线图

4. 用水用电:

☐电源插座固定

☐接线板禁止串联，接线板不宜直接置于地面

☐大功率仪器（如空调）使用专用插座（不可使用接线板）

☐电线接头绝缘可靠，无裸露连接线，穿越通道的线缆有盖板或保护套

☐给排水系统运行正常

5. （根据房间特点自行补充）机械安全:

☐机械设备保持清洁整齐，有效接地

☐操作机械设备时实验人员做好个人防护

6. （根据房间特点自行补充）仪器设备的常规管理:

☐设备上有资产标签，有明确管理人员

☐仪器设备接地与用电符合相关要求

☐有相应的操作规程

检查情况记录: