

实验室安全检查通报

北京建筑大学 国有资产与实验室管理处

〔2021〕第23期，总第29期

检查时间：2021年10月25日

检查范围：土木学院、环能学院

检查内容：危险化学品专项检查

检查工作人员：刘蔚、焦驰宇、王梦、赵子彦

土木学院、环能学院：

国资处于10月25日对涉及使用危化品的实验室进行安全检查。重点检查危化品台账、使用记录、存储情况、安全负责人落实情况。检查发现，部分实验室仍存在台账和使用记录缺失或不全，危化品辨识错误、双人双锁负责人不明确等问题。检查记录见表1，请相关单位立行立改，建立及完善危化品台账和使用记录、落实双人双锁负责人、加强对危化品的安全管控。同时注意实验废弃物应集中处置，禁止随意丢弃。实验室及研修室内禁止存放生活用品。

此前已明确学B地下一层禁止开展实验和存放危险化学品，请环能学院尽快协调转移地下实验场所和危险化学品。国资处将于11月1日进行复查。

国有资产与实验室管理处

2021年10月25日

表 1:

实验室安全检查记录

序号	校区	学院	楼宇	房间号	隐患	整改要求	复查时间
1	大兴	环能	学 B	424	实验垃圾丢弃在实验台上	立即整改	2021.11.1
2	大兴	环能	学 B	428	补充台账和使用记录	立即整改	2021.11.1
3	大兴	环能	学 B	413	废液桶未贴规范标签、无托盘	立即整改	2021.11.1
4	大兴	环能	学 B	403	补充化学品清单	立即整改	2021.11.1
5	大兴	环能	学 B	383	废液无规范标签、无托盘	立即整改	2021.11.1
6	大兴	环能	学 B	B105	双人双锁负责人未明确、无台账和使用记录	立即整改	2021.11.1
7	大兴	土木	岩土楼	104	设备运转无人值守	立即整改	2021.11.1
8	大兴	土木	岩土楼	110	插线板串接、堆放杂物	立即整改	2021.11.1