

实验室安全检查通报

北京建筑大学 国有资产与实验室管理处

〔2022〕第7期，总第39期

检查时间：2022年8月16日

检查范围：土木学院、环能学院、测绘学院、机电学院

检查内容：实验室室内环境、用电安全、危化品存储、实验气体、仪器设备规范操作等

检查人员：焦驰宇、杨赛、赵子彦、郭婕

各二级单位：

为切实保障校区疫情防控期间实验室安全运行，营造安全有效、秩序良好的实验室环境，8月16日，国资处对两校区开放实验室进行安全检查，重点检查了用电安全、化学品台账、气瓶安全、消防安全等内容。现针对检查发现2项重点问题提出整改建议，并对新增13间实验室和未整改的9间实验室安全隐患进行通报，请相关二级单位及时完成隐患整改。

一、共性问题整改建议

序号	隐患类别	重点问题	整改建议
1	用水用电基础安全	用电不规范	请各单位高度重视实验室用电安全管理工作，及时开展用电安全专项自查自纠； 对有能力自行整改的隐患立行立改，对确实难以解决的问题报国资处。 （详见《关于实验室安全共性问题集中整改的通知》（国资字〔2022〕22号））
2	加热及制冷装置管理	冰箱内存放的物品无有效标识	冰箱内存放的物品须标识明确，试剂必须可靠密封；标识至少包括：名称、使用人、日期等，并经常清理。

二、实验室安全检查记录

序号	校区	学院	楼宇	房间号	隐患	隐患照片	检查项目	检查子项目
1	大兴	土木	岩土楼	112	未在存放试剂饮料瓶上粘贴试剂标签		化学安全	其他化学安全
2	大兴	土木	岩土楼	310	堵塞消防通道		实验场所	场所环境
3	大兴	土木	建材楼	403	冰箱内存放的物品无有效标识		特种设备与常规冷热设备	加热及制冷装置管理
4	大兴	土木	建材楼	405	未撕掉盛装试剂饮料瓶标签		化学安全	其他化学安全
5	大兴	土木	学院楼 E 座	东 2	洗眼装置未及时进行维护（应每月启动一次阀门进行维护）		安全设施	应急喷淋与洗眼装置
6	大兴	环能	学院楼 B 座	303	废液无托盘、标识（二氯甲烷废液）		化学安全	化学废弃物处置管理
7	大兴	环能	学院楼 B 座	327	冰箱内存放的物品无有效标识		特种设备与常规冷热设备	加热及制冷装置管理
					夜间运行实验室申请过期		实验场所	安全责任和 安全意识

8	大兴	环能	学院楼 B座	335	冰箱内存放的物品无有效标识		特种设备 与常规 冷热设备	加热及制 冷装置 管理
					柜门挤压插线板电线		基础安全	用电用水 基础安全
					夜间运行实验室申请 过期		实验场所	安全责任 和 安全意识
					危化品管理不规范 (使用教师人名章进行 登记, 且人名章放 置于实验室内)		化学安全	实验室化 学品存放
9	大兴	环能	学院楼 B座	339	夜间运行实验室申请 过期		实验场所	安全责任 和 安全意识
10	大兴	环能	学院楼 B座	341	冰箱内存放的物品 无有效标识		特种设备 与常规 冷热设备	加热及制 冷装置 管理
11	大兴	测绘	学院楼 F座	116	插线板串接		基础安全	用电用水 基础安全
12	大兴	测绘	学院楼 F座	418	插线板串接、使用非 标插线板(多处)		基础安全	用电用水 基础安全
13	大兴	机电	学院楼 C座	110	插线板串接		基础安全	用电用水 基础安全

三、未整改实验室安全隐患记录

序号	校区	学院	楼宇	房间号	隐患	检查项目	检查子项目	通报时间
1	大兴	测绘	学院楼 F 座	212 418	插线板串接	基础安全	用电用水基础安全	〔2022〕 第 5 期 通报
2	大兴	测绘	学院楼 F 座	305	使用非标插线板	基础安全	用电用水基础安全	
3	大兴	测绘	学院楼 F 座	110	夜间运行实验室 申请过期	实验场所	安全责任和 安全意识	〔2022〕 第 6 期 通报
4	大兴	测绘	学院楼 F 座	113 216 220	插线板串接	基础安全	用电用水基础安全	
5	大兴	测绘	学院楼 F 座	213	遮挡观察窗	实验场所	场所环境	
6	大兴	环能	学院楼 B 座	374	废液无托盘、标识	化学安全	化学废弃物 处置管理	

国有资产与实验室管理处

2022 年 8 月 17 日