

# 实验室安全检查通报

北京建筑大学 国有资产与实验室管理处

〔2022〕第9期，总第41期

**检查时间：**2022年10月21日至27日

**检查范围：**建筑学院、土木学院、环能学院、电信学院、经管学院、测绘学院、机电学院、理学院

**检查内容：**实验室室内环境、用电安全、危化品存储、实验气体、仪器设备规范操作、登记台账管理等

**检查人员：**焦驰宇、杨赛、赵子彦、郭婕

各二级单位：

为保障校区疫情防控期间实验室安全运行，营造安全有效、秩序良好的实验室环境，10月21日至27日，国资处对两校区实验室进行安全检查。本次安全检查主要从登记台账管理、设施与环境、用电管理、危险化学品管理、气瓶管理等方面展开，其中着重检查了室外实验装置及实验室登记台账管理情况。现针对检查发现2项重点问题提出整改建议并对10项新增安全隐患进行通报，请相关二级单位及时完成隐患整改。

## 一、好的经验和做法

**1.台账管理方面。**环能学院在学院楼B座的多数实验室日常管理台账齐全，并能按照规定完成台账填写。理学院教学实验室实验教学课程记录齐全，持续督促教师、学生做好

课后实验室环境卫生打扫工作，做到实验完毕后物品摆放有序、及时清理废弃物品，环境卫生井然有序。

## 二、存在问题

### （一）共性问题

1. **台账管理方面。**经现场查阅、问询，各单位不同程度存在实验室日常管理台账不完善或未登记的情况，请各单位根据《关于实验室安全共性问题集中整改的通知》（国资字〔2022〕22号）通知要求，结合实际情况，规范实验室日常管理台账记录工作。11月，国资处将继续对实验室日常管理台账进行抽查。

2. **室外实验装置方面。**经现场检查，多数单位已确定移除的室外实验装置仍未处置。请相关单位及时办理资产报废手续，尽快完成室外实验装置移除工作。

### （二）主要问题隐患

详见附件

附件：实验室安全检查主要问题隐患

国有资产与实验室管理处

2022年10月31日

## 附件：

序号	校区	学院	楼宇	房间号	隐患	隐患照片	检查项目	检查子项目
1	西城	建筑	教 4	206	1、遮挡观察窗（观察窗应保证实验室内部的可视性）		实验场所	场所环境
					2、冰箱内试剂无有效标识		化学安全	实验室化学品存放
2	大兴	土木	建材楼	403	生活垃圾与实验垃圾混存		化学安全	化学废弃物处置管理
3	大兴	环能	雨水楼 东侧		电箱内接线板非标		基础安全	用水用电 基础安全
4	大兴	环能	学 B 楼 顶		老旧插线板未移除		基础安全	用水用电 基础安全
5	大兴	环能	明湖- 北湖		配套配电箱内插线板老化、线路老化 破损、箱门关不严		基础安全	用水用电 基础安全

6	大兴	环能	学 B	B120	1、未撕掉盛装试剂 饮料瓶标签		化学安全	实验室化 学品存放
					2、实验人员未穿着 防护服		基础安全	个人防护
					3、登记记录不规范 (进入时间与离开 时间相同)		实验场所	其他
7	西城	电信	实验 1	305	应将研修室改为实 验室		实验场所	其他
8	西城	机电	实验 4	106	插线板串接		基础安全	用水用电 基础安全
9	大兴	机电	学 C	110	1、未撕掉盛装试剂 饮料瓶标签		化学安全	实验室化 学品存放
					2、实验室内存放有 食品(牛奶)		实验场所	卫生与日 常管理

10	大兴	理学院	基 C	105	1、危化品与非危化品混放		化学安全	实验室化学品存放
					2、未撕掉盛装试剂饮料瓶标签、试剂无标签		化学安全	实验室化学品存放