

# 实验室安全检查通报

北京建筑大学 国有资产与实验室管理处

〔2024〕第13期，总第72期

**检查时间：**2024年7月30日

**检查范围：**建筑学院、土木学院、环能学院、电信学院、测绘学院、机电学院、理学院、工程实训中心

**检查内容：**实验室室内环境、用电安全、危化品存储、实验气体、仪器设备规范操作等

**检查人员：**焦驰宇、杨赛、赵子彦、郭婕

各二级单位：

7月30日，国资处对两校区实验室，重点是暑假期间开放实验室进行安全检查。现对11项新增隐患和27项往期未登记整改隐患进行通报，请相关二级单位高度重视，**及时完成隐患整改**，并在北京建筑大学企业号->“**A智慧实验室服务平台**”->“**业务大厅**”->“**实验室安全检查**”->“**实验室安全隐患整改清单**”中进行登记。

请各单位严格假期开放实验室管理工作，压实实验室安全管理责任，落实检查频次。近期天气炎热，请提醒实验人员在开展实验时一定要根据实际实验情况选择合适的实验服、护目镜、口罩等防护用品，不得为了凉爽舒适而穿着短裤、短裙、凉鞋进行实验操作。

- 附件：1. 新增实验室安全检查问题隐患  
2. 往期未登记整改隐患

国有资产与实验室管理处

2024年7月30日

## 附件 1

# 新增实验室安全检查问题隐患

序号	校区	学院	楼宇	房间号	隐患	隐患照片
1	西城	建筑	实验 1	324	1、使用非实验设备（制冰机） 2、冰箱存放食物 3、使用非国标插线板 4、插线板串接	
2	西城	环能	实验甲 2	101	停用气瓶未安装气瓶帽	
3	西城	环能	实验 2	312	冰柜内存放食物	
4	大兴	土木	建材楼	403	1、假期开放实验室未备案 2、试剂瓶未按规定粘贴标签	
5	大兴	土木	振动台	振动台	调试工作人员未戴安全帽	
6	大兴	环能	学 B	359、363、 374、380	实验人员未穿着实验服	
7	大兴	环能	学 B	411 413	假期开放实验室未备案	
8	大兴	环能	学 B	420	试剂瓶未按规定粘贴标签	
9	大兴	环能	雨水楼	203	水龙头长流水	

10	大兴	环能	雨水楼	302	试剂瓶标签损坏	
11	大兴	环能	雨水楼	101、108、 206	假期开放实验室未备案	

## 附件 2

## 往期末登记整改隐患

序号	校区	学院	楼宇	房间号	隐患描述	检查日期
1	西城	环能	实验 2	305	插线板串接	2024-05-23
2	西城	环能	实验甲 2	101	1. 使用溴化锂溶液, 需配置实验手套 2. 房间内温度较高, 建议尽快维修空调	2024-05-23
3	大兴	理学院	基 C	415	机房不用要断电	2024-06-06
4	大兴	理学院	基 C	419	学生利用机房的插排给充电宝充电	2024-06-06
5	大兴	测绘	学 F	421	1. 使用非国标插线板 2. 易燃物堆放	2024-06-27
6	大兴	环能	雨水楼	108	实验室信息牌风险等级信息有误	2024-06-27
7	大兴	土木	建材楼	404	烘箱需按要求安排人员值守, 并留有检查记录	2024-06-27
8	大兴	环能	学 B	318	使用非标插线板	2024-07-15
9	大兴	环能	学 B	132	未及时填值班记录	2024-07-22
10	大兴	环能	学 B	361	实验垃圾和生活垃圾分类不当	2024-07-22
11	大兴	环能	学 B	387	使用有隐患设备	2024-07-22
12	大兴	环能	学 B	481	暑期实验室开放, 未报备	2024-07-22
13	大兴	环能	学 B	420	高温加热设备未按要求检查或值守	2024-07-22

14	大兴	环能	雨水楼	106	实验垃圾未按要求分类	2024-07-22
15	大兴	环能	雨水楼	206	未穿实验服开展实验	2024-07-22
16	大兴	环能	基 C	205	接线板串接、实验垃圾待清理、房间未锁门或无人值守	2024-07-22
17	大兴	环能	学 B	132	1.未粘贴试剂标签 2.标识不明确(既写危废,又写实验用水)	2024-07-23
18	大兴	环能	学 B	136	夜间运行实验室过期	2024-07-23
19	大兴	环能	学 B	328	停用气瓶未安装气瓶帽	2024-07-23
20	大兴	环能	学 B	303	烘箱未使用专用插座	2024-07-23
21	大兴	环能	学 B	418	1、有 2 名学生未穿实验服 2、空调未使用专用插座 3、高温加热设备未按要求检查或值守	2024-07-23
22	大兴	环能	学 B	484	停用气瓶未安装气瓶帽	2024-07-23
23	大兴	环能	学 B	B120	24 小时实验室申请过期	2024-07-23
24	大兴	测绘	学 F	217	4 名学生在实验室内玩游戏	2024-07-23
25	大兴	测绘	学 F	421	使用可燃性蚊香	2024-07-23
26	西城	土木	实验 1	107	实验人员未佩戴安全帽	2024-07-23
27	西城	建筑	实验 1	324	1、使用非实验设备(制冰机) 2、冰箱存放食物 3、使用非国标插线板 4、插线板串接	2024-07-23